

รหัส อุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
		หมวด 5 ทางเดินอาหาร		
	5.1	ท่อ/สาย/ถุงให้อาหาร		
5101		5.1.1 สายให้อาหารผ่านรูจมูกสู่กระเพาะอาหาร (Nasogastric tube) ระยะยาว ลักษณะ เป็นท่อซิลิโคน ที่มีความอ่อนนุ่ม มีการระบายเคื่องต่อมูกน้อย ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่กินอาหารทางปากไม่ได้ มีความจำเป็นต้องคาสายไว้ยาวนานเกิน 1 เดือน	เส้นละ	300
5102		5.1.2 ท่อให้อาหารเข้ากระเพาะอาหารผ่านผิวหนังหน้าท้อง (Gastrostomy tube) ลักษณะ เป็นท่อสำหรับใส่เข้าไปในกระเพาะอาหารผ่านทางรูเปิดระหว่างกระเพาะอาหาร และผิวหนังหน้าท้อง ที่ทำโดยการผ่าตัด ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องคาสายไว้ยาวนานเกิน 1 เดือน	เส้นละ	300
5103		5.1.3 ชุดสายสวนกระเพาะอาหารแบบใส่ผ่านกล้อง(Percutaneous endoscopic gastrostomy:PEG set) ลักษณะ ประกอบด้วยสายสวนกระเพาะอาหาร และอุปกรณ์สำหรับช่วยในการใส่สายสวนนี้จากผนังท้องเข้าสู่ กระเพาะอาหารโดยตรง ร่วมกับการส่องกล้อง โดยไม่ต้องผ่าตัด ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับอาหารเข้าทางกระเพาะอาหารโดยตรง จำเป็นต้องคาสายไว้ยาวนาน 4 เดือนขึ้นไป	อันละ	5,400
5104		5.1.4 สายให้อาหารผ่านรูจมูกสู่ลำไส้เล็ก(Nasojejunostomy, NJ tube) ลักษณะ เป็นท่อซิลิโคน มีความยาวพอสำหรับใส่ผ่านรูจมูกสู่ลำไส้เล็กมีการระบายเคื่องต่อมูกน้อย ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่กระเพาะอาหารไม่ทำงาน ต้องให้อาหารผ่านทางสายเป็นเวลานานเกิน 1 เดือน	เส้นละ	2,700
5105		5.1.5 ชุดถุงให้อาหารทางสายยาง ลักษณะ เป็นถุงสำหรับบรรจุสารอาหารที่จะป้อนลงกระเพาะอาหารผ่านสาย/ท่อให้อาหาร สามารถใช้ได้ทำความสะอาดและให้เข้าได้ไม่ต่ำกว่า 1 ลิปดาร์ ข้อบ่งชี้ ใช้กับผู้ป่วยที่ต้องได้รับอาหารเข้าทางกระเพาะอาหารโดยตรง ที่จำเป็นต้องควบคุม การป้อนอาหารแต่ละมื้อให้ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที	ชุดละ	200



รหัส อุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
	5.2	วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ใส่ภายในทางเดินอาหารเพื่อห้ามเลือด		
5201		5.2.1 ชุดยางรัดเส้นเลือดหลอดในหลอดอาหาร (Esophageal variceal band ligator)	ชุดละ	4,500
		ลักษณะ ประกอบด้วยยางรัดไม่น้อยกว่า 4 เส้น และอุปกรณ์สำหรับช่วยในการนำไปรัดเส้นเลือดหลอด		
		ร่วมกับการใช้กล้องส่อง		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีเส้นเลือดหลอดในหลอดอาหาร หรือกระเพาะอาหารที่อยู่ในภาวะเลือดออก		
		เฉียบพลัน และที่ต้องได้รับการทำลายหลอดเลือดหลอดเพื่อป้องกันเลือดออกซ้ำ		
5202		5.2.2 Sengstaken - blakemore tube	เส้นละ	3,500
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยในภาวะเลือดออกเฉียบพลันจากโรคหลอดเลือดหลอดที่หลอดอาหารหรือ		
		กระเพาะอาหารส่วนต้น		
	5.3	วัสดุ/อุปกรณ์ใช้ต่างขยายระบายท่อน้ำดี		
5301		5.3.1 อุปกรณ์ขยายท่อน้ำดี (Biliary dilator)	เส้นละ	4,500
		ข้อบ่งชี้ ใช้ขยายท่อน้ำดีที่อุดตันก่อนการใส่ท่อน้ำดี		
5302		5.3.2 ท่อน้ำดีชนิดพลาสติก (Biliary and pancreatic duct stent: Plastic type)	ชิ้นละ	1,300
		ลักษณะ เป็นท่อใส่ในท่อน้ำดีเพื่อกันไม่ให้ตีบตัน ใส่ผ่านกล้องส่องทางเดินอาหาร		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีท่อน้ำดีอุดตันอุดตัน		
5303		5.3.3 ท่อน้ำดีชนิดโลหะ (Biliary stent: Self expandable metal stent)	ชิ้นละ	20,000
		ลักษณะ เป็นอุปกรณ์โลหะใส่ในท่อน้ำดีเพื่อกันไม่ให้ตีบตัน ใส่โดยผ่านกล้องส่อง เมื่อใส่เข้าไปแล้วจะขยายขึ้นเป็นรูปร่างแบบท่อ		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยท่อน้ำดีอุดตันจากเนื้องอกที่ไม่สามารถผ่าตัดรักษาได้		
5304		5.3.4 ท่อน้ำดีชนิดมีปลายเปิดทางจมูก (Naso biliary tube)	ชิ้นละ	2,200
		ข้อบ่งชี้ ใช้รักษาผู้ป่วยท่อน้ำดีอักเสบ		
5305		5.3.5 Biliary T tube	เส้นละ	400
		ลักษณะ เป็นท่อที่ปลายด้านหนึ่งมีปีก 2 ข้างซึ่งใส่เข้าไปในท่อน้ำดีได้ ใช้ใส่ในขณะผ่าตัด		
		เพื่อระบายน้ำดีหลังการผ่าตัด		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดท่อน้ำดี		
	5.4	วัสดุ/อุปกรณ์ตรวจรักษาอื่นๆ ที่ใช้ใส่ในท่อน้ำดี		
5401		5.4.1 แปรงเก็บเซลล์ในท่อน้ำดีแบบมีลวดนำ (Brush cytology catheter)	เส้นละ	2,700
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่ท่อน้ำดีอุดตันและมีสิ่งที่ยังชี้ว่าอาจเป็นจากมะเร็ง		



รหัส อุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
	5.5	เครื่องมือช่วยการผ่าตัดลำไส้		
		ข้อบ่งชี้หลัก รายการ 5.5.1-5.5.3 ผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัด ดัดต่อลำไส้ ที่ไม่สามารถดัดต่อลำไส้ด้วย วิธีเป็นตามปกติและหลีกเลี่ยงการที่ต้องมีลำไส้เปิดที่หน้าท้อง โดยเลือกใช้ตามลักษณะ ของการต่อลำไส้		
5501	5.5.1	เครื่องมือตัดต่อลำไส้อัตโนมัติแบบวงกลม	อันละ	13,500
		ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับตัดต่อลำไส้ตรง (Rectum) ส่วน 2 ใน 3 ลำงเท่านั้น		
5502	5.5.2	เครื่องมือเย็บลำไส้อัตโนมัติ	อันละ	7,400
		ข้อบ่งชี้ เช่นเดียวกับ 5.5.1		
550	5.5.3	เครื่องมือเย็บลำไส้อัตโนมัติ แบบรับหัวได้	อันละ	12,100
		ข้อบ่งชี้ เช่นเดียวกับ 5.5.1		
	5.6	วัสดุ/อุปกรณ์อื่นๆ		
5601	5.6.1	วัสดุเส้นเบรื่องในการผ่าตัดด้วยกล้อง	รายละ	5,500
		ข้อบ่งชี้ ใช้ในการผ่าตัดด้วยกล้องกระทำการหลายสาขา และแต่ละการผ่าตัดใช้อุปกรณ์ต่างกัน จึงคิดเป็นเหมารวม		
5602	5.6.2	ผังกั้นระหว่างช่องทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร (Polypropylene mesh)	อันละ	600
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่กระบังลมบกพร่อง ทำให้มีช่องท้องที่ผิดปกติระหว่างช่องท้องและทรวงอก		
5603	5.6.3	ท่อใส่เข้าท้องสำหรับพอกเลือดแทนไต แบบชั่วคราว	ชุดละ	250
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยไตวายที่มีอาการจากของเสียคั่ง (Uremia) หรือมีภาวะน้ำเกิน (Fluid overload) หรือ มีภาวะความเป็นกรดในเลือดสูง หรือมีเกล็ดเลือดต่ำในเลือดสูงจนอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต		
5604	5.6.4	ท่อใส่เข้าท้องสำหรับพอกเลือดแทนไต แบบถาวร ชนิดตรง	ชุดละ	2,800
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ต้องพอกเลือดโดยวิธี CAPD		
5605	5.6.5	ท่อใส่เข้าท้องสำหรับพอกเลือดแทนไต แบบถาวร ชนิดก้นหอย	ชุดละ	3,700
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ต้องพอกเลือดโดยวิธี CAPD		
5606	5.6.6	สายต่อ ท่อใส่เข้าท้องแบบถาวรกับถุงน้ำยาแบบธรรมดา (Transferred set)	ชุดละ	300
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ต้องพอกเลือดโดยวิธี CAPD		
5607	5.6.7	สายต่อท่อใส่เข้าท้องแบบถาวรกับถุงน้ำยาแบบ ตัว Y	ชุดละ	600
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ต้องพอกเลือดโดยวิธี CAPD		



รหัส อุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
	5.7	วัสดุ/อุปกรณ์ใช้เก็บของเสียจากลำไส้		
		ข้อบ่งชี้หลัก รายการ 5.7.1 - 5.7.4 สำหรับผู้ป่วยที่มีลำไส้เปิดที่หน้าท้อง		
5701		5.7.1 ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ (Colostomy bag) ชนิดใช้ระยะยาว แบบมีเข็มขัด	ถุงละ	500
5702		5.7.2 ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ (Colostomy bag) ชนิดใช้ระยะยาวให้รวมกับแป้นปิดรอบลำไส้	ถุงละ	50
5703		5.7.3 แป้นปิดรอบลำไส้ (Colostomy flange)	ชิ้นละ	140
5704		5.7.4 แผ่นปิดรักษาแผลเบี่ยง	ชิ้นละ	480
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีแผลเบี่ยงจากการที่มีลำไส้เปิดที่หน้าท้องเนื่องจากสิ่งขับถ่ายทำให้ผิวหนังอักเสบ		
		หมวด 6 ทางเดินปัสสาวะ และสืบพันธุ์		
	6.0	สายระบายปัสสาวะ		
6001		6.0.1 สายสวนปัสสาวะ ชนิดในท้อง	เส้นละ	3,700
		ลักษณะ เป็นสายสวนที่ใช้ใส่ผ่านกระเพาะปัสสาวะไปสู่ไตโดยผ่านทางท่อไต		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีการตีบหรือจุดตันของท่อไต		
6002		6.0.2 สายสวนปัสสาวะ ชนิดใช้ในไต	เส้นละ	3,700
		ลักษณะ เป็นสายสวนที่ใช้ใส่เข้าสู่ไตโดยตรงผิวหนัง		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีการตีบหรือจุดตันของท่อไต		
6003		6.0.3 สายสวนปัสสาวะ ชนิดใช้กับกระเพาะปัสสาวะ ผ่านทางหน้าท้อง	เส้นละ	900
		ลักษณะ เป็นสายสวนที่ใช้ใส่เข้าสู่กระเพาะปัสสาวะโดยตรงผิวหนัง		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีการตีบหรือจุดตันของท่อปัสสาวะ ที่ไม่สามารถใส่สายสวนผ่านทางท่อปัสสาวะได้		
6004		6.0.4 ชุดเจาะปัสสาวะทางหน้าท้อง (Trocarr percutaneous cystostomy set)	ชุดละ	700
		ข้อบ่งชี้ เช่นเดียวกับ 6.0.3		
6005		6.0.5 ชุดเจาะไตเพื่อนำน้ำปัสสาวะออกจากไต (Percutaneous nephrostomy set)	ชุดละ	3,100
		ข้อบ่งชี้ เช่นเดียวกับ 6.0.2		
	6.1	ตัวกรองไตเทียม (Dialyzer)		
6101		6.1.1 ตัวกรองไตเทียม (Dialyzer) แบบธรรมดา	ชุดละ	900
6102		6.1.2 ตัวกรองไตเทียม (Dialyzer) แบบประสิทธิภาพสูง	ชุดละ	1,900
6103		6.1.3 ตัวกรองแบบพิเศษดูดซับสารพิษ (Hemoperfusion cartridge) ชนิดผงถ่าน	ชุดละ	11,000
		ข้อบ่งชี้ ใช้ในกรณีฟอกสารพิษในเลือด		
6104		6.1.4 ตัวกรองแบบพิเศษดูดซับสารพิษ (Hemoperfusion cartridge) ชนิดเรซิน	ชุดละ	25,000
		ข้อบ่งชี้ ใช้ในกรณีฟอกสารพิษในเลือดเฉพาะเป็นสารพิษคนละตัวกับรายการ 6.1.3		



รหัส อุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
	6.2	วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ในการตรวจรักษาในทางเดินปัสสาวะ		
6201	6.2.1	สายสวนเพื่อขยายท่อไต (Ureteric dilator)	ชุดละ	7,200
		ข้อบ่งชี้ 1. ให้อย่างท่อไตก่อนส่องกล้องตรวจท่อไต (Dilate ก่อนใส่ Ureterorenoscope)		
		2. ให้อย่างท่อไตเพื่อการรักษาท่อไตตีบ		
6202	6.2.2	สายสวนเพื่อขยายผิวหนังให้สำหรับเจาะไต	ชุดละ	700
		(Percutaneous dilator for nephrostomy)		
		ข้อบ่งชี้ ให้อย่างผิวหนังเพื่อผ่านกล้องส่องไต หรือใส่สายสวนไตเพื่อระบายน้ำปัสสาวะ		
6203	6.2.3	สายคล้องนิ่วในท่อไตและในไต (Stone basket)	ชุดละ	7,500
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีนิ่วในไต หรือในท่อไต ที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก		
6204	6.2.4	เข็มเจาะชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก (Prostatic biopsy needle)	ชุดละ	1,100
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีสิ่งบ่งชี้ว่ามีเนื้องอกของต่อมลูกหมาก		
		หมวด 7 กระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น		
	7.0	ข้อเทียม		
7001	7.0.1	ข้อนิ้ว	ข้อละ	11,000
		ลักษณะ เป็นข้อเทียมสำหรับ metcarpophalangeal joint		
		ข้อบ่งชี้ ทดแทนข้อที่เสื่อมสภาพสำหรับผู้ป่วยซึ่ง		
		1) มีอาการปวดที่ข้อที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีทางอนุรักษ์นิยมที่ให้เต็มที่แล้ว หรือ		
		2) มีทุพพลภาพที่ขัดต่อการใช้งานตามปกติ หรือ		
		3) มีข้อมูลบ่งชี้ว่าอาจทำให้เกิดปัญหาทางชีวกลศาสตร์ต่อร่างกายส่วนอื่น หรือ		
		4) มีข้อมูลชัดเจนว่าผ่านการรักษาโดยอนุรักษ์นิยมมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือนแล้ว		
		ไม่ทุเลาหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาทางยา		
7002	7.0.2	ข้อศอก	ข้อละ	50,000
		ข้อบ่งชี้ เช่นเดียวกับ 7.0.1		
7003	7.0.3	ข้อไหล่	ข้อละ	65,000
		ข้อบ่งชี้ เช่นเดียวกับ 7.0.1		



รหัส อุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
7004		7.0.4 ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้	ข้อละ	75,000
		ข้อบ่งชี้ ทดแทนข้อที่เสื่อมสภาพในผู้ป่วยที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี ซึ่ง		
		1) มีอาการปวดที่ข้อที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีทางอนุรักษ์นิยมที่ใช้อย่างเต็มที่แล้ว หรือ		
		2) มีทุพพลภาพที่ขัดต่อการใช้งานตามปกติ หรือ		
		3) มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่าอาจทำให้เกิดปัญหาทางชีวกลศาสตร์ต่อร่างกายส่วนอื่น หรือ		
		4) มีข้อมูลชัดเจนว่าผ่านการรักษาโดยอนุรักษ์นิยมมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือนแล้ว		
		ไม่ทุเลาหรือ เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาทางยา		
7005		7.0.5 ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้	ข้อละ	50,000
		ข้อบ่งชี้ เช่นเดียวกับ 7.0.1		
7006		7.0.6 ข้อตะโพกมีเบ้า(Total hip prosthesis) รวมทั้งอุปกรณ์เสริมไม่รวมซีเมนต์กระดูก	ข้อละ	65,000
		ข้อบ่งชี้ เช่นเดียวกับ 7.0.1		
7007		7.0.7 ข้อตะโพกไม่มีเบ้า(Austin-Moore prosthesis)	ข้อละ	12,000
		ข้อบ่งชี้ เช่นเดียวกับ 7.0.1		
7008		7.0.8 ข้อตะโพกแบบมีเบ้าชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล (Elemention)	ข้อละ	120,000
		ข้อบ่งชี้ ทดแทนข้อที่เสื่อมสภาพในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมมาแล้ว หรือ		
		ข้อถูกทำลายจากเนื้องอกหรือการติดเชื้อ ซึ่ง		
		1) มีอาการปวดที่ข้อที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีทางอนุรักษ์นิยมที่ใช้อย่างเต็มที่แล้ว หรือ		
		2) มีทุพพลภาพที่ขัดต่อการใช้งานตามปกติ หรือ		
		3) มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่าอาจทำให้เกิดปัญหาทางชีวกลศาสตร์ต่อร่างกายส่วนอื่น หรือ		
		4) มีข้อมูลชัดเจนว่าผ่านการรักษาโดยอนุรักษ์นิยมมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือนแล้ว		
		ไม่ทุเลาหรือ เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาทางยา		
7009		7.0.9 วัสดุรองรับข้อตะโพก (Supporting ring)	ข้อละ	12,000
		ข้อบ่งชี้ เสริมเบ้าข้อตะโพกที่เสื่อมสภาพที่มีพยาธิสภาพมากไม่สามารถใช้ข้อเทียมชนิดที่ใช้อยู่ต่อไปได้		
		พิจารณาได้จากภาพถ่ายรังสีและลักษณะข้อที่ถูกทำลายที่ตรวจพบขณะผ่าตัด		
7010		7.0.10 ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น (ไบโพลาร์)	ข้อละ	35,000
		ข้อบ่งชี้ ใช้ทดแทนข้อที่เสื่อมสภาพ ในผู้ป่วยที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี ซึ่ง		
		1) ข้อเสื่อมสภาพ ชนิดที่เกิดการทำลายเฉพาะหัวกระดูกต้นขา หรือ		
		2) กระดูกบริเวณข้อตะโพกหัก ชนิดที่ไม่สามารถดึงกระดูกให้เข้าที่และตามกระดูกภายใน		
		ด้วยโลหะได้		



รหัส อุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
	7.1	กระดูกเทียม และเส้นเอ็นเทียม		
7101		7.1.1 หัวกระดูกเรเดียเทียม	ชิ้นละ	8,000
		ข้อบ่งชี้ ทดแทนส่วนกระดูกเรเดียที่ชำรุด เสียหายจากการบาดเจ็บ หรือโรคของกระดูกที่ไม่สามารถ ให้การรักษาโดยวิธีทางอนุรักษนิยมและการผ่าตัดวิธีอื่น เช่น การดึงกระดูกให้เข้าที่และ ตามด้วยโลหะได้		
7102		7.1.2 สารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก	ชุดละ	4,000
		ลักษณะ เป็นสารจำพวก Hydroxyapatite		
		ข้อบ่งชี้ ทดแทนกระดูกที่ชำรุดเสียหายจากการบาดเจ็บหรือโรคของกระดูก ที่ไม่สามารถให้การรักษา โดยวิธีทางอนุรักษนิยมและการผ่าตัดวิธีอื่น เช่น การดึงกระดูกให้เข้าที่และตามด้วยโลหะได้		
7103		7.1.3 เส้นเอ็นเทียมใช้บริเวณมือ	เส้นละ	9,500
		ข้อบ่งชี้ ทดแทนเส้นเอ็นบริเวณมือและแขนส่วนล่างที่ชำรุดเสียหายจากการบาดเจ็บหรือโรคของเอ็น ที่ไม่สามารถให้การรักษาโดยวิธีทางอนุรักษนิยมและการผ่าตัดวิธีอื่น เช่น การเย็บต่อเส้นเอ็น ให้เข้าที่หรือใช้การปลูกเส้นเอ็นจากส่วนอื่นของร่างกายได้		
	7.2	โลหะตามยึดกระดูก		
7201		7.2.1 โลหะใส่ในโพรงกระดูก (Nail) ชนิดไม่มีรูล็อก (K-nail)	ชิ้นละ	1,400
		ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักจากการบาดเจ็บหรือโรคของกระดูกยาวในบริเวณรยางค์ โดยเป็นการหัก ชนิดที่ไม่รุนแรงและรูปแบบการหักไม่ซับซ้อน		
7202		7.2.2 โลหะใส่ในโพรงกระดูก (Nail) ชนิดมีรูล็อก(รวมค่าสกรู)	ชุดละ	11,000
		ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักจากการบาดเจ็บหรือโรคของกระดูกยาวในบริเวณรยางค์ โดยเป็นการหัก ชนิดที่รุนแรงและรูปแบบการหักที่ซับซ้อนไม่สามารถใช้โลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดธรรมดาได้		
7203		7.2.3 โลหะตามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดไม่มีเกลียว (Nail plate) รวมสกรู	ชุดละ	5,000
		ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักบริเวณข้อที่มีขนาดใหญ่ เช่น ข้อตะโพกและข้อเข่าจากการบาดเจ็บ หรือโรค โดยเป็นการหักชนิดที่ยังคงมีความมั่นคง เป็นการบาดเจ็บที่ไม่รุนแรง และรูปแบบการหัก ไม่ซับซ้อน		
7204		7.2.4 โลหะตามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกข้อตะโพก ชนิดมีเกลียว (เช่น ชุด Dynamic hip screw)	ชุดละ	11,000
		ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักบริเวณข้อที่มีขนาดใหญ่ เช่น ข้อตะโพก จากการบาดเจ็บหรือโรค โดยเป็น การหักชนิดที่ไม่มั่นคง กระดูกอาจเกิดการหลุดตัว หรือ เป็นการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นรุนแรง และ รูปแบบการหักที่ซับซ้อน		




รหัส อุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
7205		7.2.5 โลหะตามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกที่เข้า ชนิดมีเกลียว (เช่น ชุด Dynamic condylar screw)	ชุดละ	11,000
		ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักบริเวณข้อที่มีขนาดใหญ่ เช่น ข้อเข่าจากการบาดเจ็บหรือโรค โดยเป็นการหัก		
		ชนิดที่ไม่มั่นคงกระดูกอาจเกิดการหลุดตัว หรือเป็นการบาดเจ็บที่เกิดชั้นรุนแรงและรูปแบบ		
		การหักที่ซับซ้อน		
7206		7.2.6 โลหะตามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น (เช่น Gamma nail) รวมสกรู	ชุดละ	24,000
		ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักบริเวณข้อตึงจากจากการบาดเจ็บหรือโรค โดยเป็นการหักชนิดที่ไม่มั่นคง		
		กระดูกอาจเกิดการหลุดตัว หรือเป็นการบาดเจ็บที่เกิดชั้นรุนแรงและรูปแบบการหักที่ซับซ้อน		
7207		7.2.7 โลหะตามกระดูกสันหลัง ส่วนคอ (Cervical locking plate)		
		ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอที่หัก หรือข้อถูกทำลายจากความเสื่อม หรือโรคชนิดที่ทำให้		
		เกิดความไม่มั่นคง และไม่สามารถยึดตรึงด้วยการปลุกกระดูกได้		
		กรณีระดับแรก	ระดับละ	24,000
		ลักษณะ ต่อ 1 ระดับ ต้องมีแผ่นโลหะ 1 ชิ้นและสกรู 4 ตัว		
		กรณีระดับถัดไป	ระดับละ	12,000
		ลักษณะ มีแผ่นโลหะยาวกว่าระดับแรกและมีสกรูเพิ่มเติมจากระดับแรกอีก 2 ตัวต่อระดับ		
7208		7.2.8 โลหะตามกระดูกสันหลัง ส่วนอก,เอว (PDS)		
		ข้อบ่งชี้ เช่นเดียวกับ 7.2.7		
		กรณีระดับแรก	ระดับละ	25,000
		ลักษณะ ต่อ 1 ระดับ ต้องมีแผ่นโลหะ 2 ชิ้น และสกรู 4 ตัว		
		กรณีระดับถัดไป	ระดับละ	12,500
		ลักษณะ มีแผ่นโลหะยาวกว่าระดับแรก และมีสกรูเพิ่มจากระดับแรกอีก 2 ตัวต่อระดับ		
7209		7.2.9 แผ่นโลหะตามกระดูก ชนิดกว้าง (Broad plate)	ชิ้นละ	5,200
		ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกยาวขนาดใหญ่ที่หักและไม่สามารถให้การรักษาโดยวิธีอนุรักษนิยมได้		
7210		7.2.10 แผ่นโลหะตามกระดูก ชนิดแคบ (Narrow plate)	ชิ้นละ	5,000
		ข้อบ่งชี้ เช่นเดียวกับ 7.2.9		
7211		7.2.11 แผ่นโลหะตามกระดูก ชนิดมีแผ่นพุง (Bustress plate)	ชิ้นละ	4,000
		ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกยาวขนาดใหญ่ที่หักบริเวณข้อและไม่สามารถให้การรักษาโดยวิธีอนุรักษนิยมได้		
7212		7.2.12 แผ่นโลหะตามกระดูก ชนิดเล็ก (Small fragment plate, mini plate)	ชิ้นละ	1,500
		ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกยาวขนาดเล็กที่หักและไม่สามารถให้การรักษาโดยวิธีอนุรักษนิยมได้		



รหัส อุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
7213		7.2.13 แผ่นโลหะตามกระดูก ชนิดดัดได้ (Reconstruction plate) ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักที่มีลักษณะการหักซับซ้อนและไม่สามารถให้การรักษาโดยวิธีอนุรักษนิยมได้	ชิ้นละ	2,700
7214		7.2.14 แผ่นโลหะตามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพ่วง (Lock plate) ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักที่ซับซ้อนและเนื้อกระดูกผิดปกติจากโรคทางเมตาโบลิซึม โรคเลือด หรือ เนื้ออกบริเวณข้อไหล่ ข้อเข่า และข้อเท้า	ชิ้นละ	20,000
7215		7.2.15 แผ่นโลหะตามกระดูกยึดกระดูกที่นิ้วมือ ชนิดเล็ก ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักบริเวณมือและนิ้ว	ชิ้นละ	1,500
7216		7.2.16 โลหะตามกระดูกภายนอก ลักษณะ 1 ชุด มีแท่งโลหะ ตามกระดูก 2 แท่ง โลหะยึดกระดูก 4-6 แท่ง และคีมยึด 4-6 ตัว ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักที่มีการบาดเจ็บรุนแรง การติดเชื้อและการผ่าตัดที่ลักษณะจำเพาะ ได้แก่ การยึด เลื่อนและหดกระดูก	ชุดละ	10,000
	7.3	โลหะยึดกระดูก/เอ็น		
7301		7.3.1 สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก (Lock screw) ข้อบ่งชี้ ใช้ยึดตรึงกระดูกที่หักที่มีปัญหาไม่สามารถใช้สกรูธรรมดา และใช้ร่วมกับแผ่นโลหะตามกระดูก ชนิดหัวล็อก	ตัวละ	2,400
7302		7.3.2 สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูก ข้อบ่งชี้ เช่นเดียวกับ 7.3.1	ตัวละ	300
7303		7.3.3 แท่งโลหะตามกระดูกขนาดต่างๆ (Schanz screw) ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักทั่วไป	ชิ้นละ	900
7304		7.3.4 สกรูยึดกระดูกที่นิ้วมือ ชนิดเล็ก ลักษณะ ใช้ยึดกระดูกที่หักร่วมกับแผ่นตามกระดูกหรือใช้ยึดกระดูกโดยตรงก็ได้ ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกมือและนิ้วที่หักชนิดไม่มั่นคง	ตัวละ	800
7305		7.3.5 สกรูยึดเอ็นข้อเข่า ลักษณะ เป็นสกรูหัวจมนกเหยี่ยวมีเกลียวหยาบที่สามารถยึดส่วนกระดูกของเอ็นที่นำไปปลูกกับ โพรงในกระดูกข้อเข่า ข้อบ่งชี้ ใช้ในการซ่อมเอ็นข้อเข่า	ตัวละ	5,700
7306		7.3.6 หมุดสกรูยึดติดกับกระดูกชนิดมีวัสดุยึดเส้นเอ็น ลักษณะ เป็นหมุดที่สามารถใช้ยึดเอ็นกับกระดูกได้โดยตรงและมีส่วนต่อกับวัสดุที่ใช้เอ็นเอ็น ข้อบ่งชี้ ใช้ในการซ่อมเอ็นข้อไหล่และมือ	ตัวละ	5,000



รหัส อุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
7307		7.3.7 สมอยึดกระดูกเข้ากับเนื้อเยื่อ (Suture anchor)	อันละ	6,000
		ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับการเย็บซ่อมเอ็นบริเวณข้อต่างๆ ที่เอ็นถูกกระชากหลุดออกจากกระดูก		
7308		7.3.8 ชุดสมอลำหรับเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกเข่า (Arthroscopic meniscus repair system)	ชุดละ	5,000
		ลักษณะ เป็นชุดประกอบด้วยเข็ม 1 อันและด้ายสำหรับเย็บ		
		ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกอ่อนในข้อเข่า		
7309		7.3.9 วงแหวน (Washer)	ชิ้นละ	300
		ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักโดยใช้ร่วมกับสกรู		
7310		7.3.10 แหวนรอง (Nut)	ชิ้นละ	500
		ข้อบ่งชี้ ใช้ยึดตรึงกระดูกที่หักโดยใช้ร่วมกับโลหะยึดตรึงกระดูกจากภายนอก		
7311		7.3.11 ตะขอตรึงกระดูก (Staple)	ชิ้นละ	1,400
		ข้อบ่งชี้ ใช้ยึดตรึงกระดูกที่หักที่มีลักษณะจำเพาะและการติดต่อกกระดูก		
7312		7.3.12 ลวด (Cerclate wire)	ชิ้นละ	1,500
		ข้อบ่งชี้ ใช้ยึดตรึงกระดูกที่หักโดยการมัดและรัด		
7313		7.3.13 K-wire	ชิ้นละ	300
		ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกส่วนปลายและกระดูกที่หักมีขนาดเล็ก รวมทั้งใช้เพื่อการดึงรักษากระดูกหัก		
7314		7.3.14 สกรูชนิดพิเศษสำหรับใส่ข้อมือ	ชิ้นละ	3,000
		ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกข้อมือ		
	7.4	วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ยึดกระดูกอื่นๆ		
7401		7.4.1 สารยึดกระดูก (Bone cement) ชนิดธรรมดา	ชุดละ	2,000
		ลักษณะ เป็นสารเมตทิลเมตาไคเลต มีสองส่วนคือส่วนที่เป็นของเหลวและส่วนที่เป็นผง ใช้ผสมกันเพื่อ		
		ให้เกิดการโพลิเมอร์ไรเซชันและเป็นวัสดุปราศจากเชื้อ		
		ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงข้อเทียมกับกระดูกและใช้ในผู้ป่วยเนื่องจากกระดูก		
7402		7.4.2 สารยึดกระดูก (Bone cement) ชนิดมียาปฏิชีวนะผสม	ชิ้นละ	4,300
		ลักษณะ เป็นสารเมตทิลเมตาไคเลต มีสองส่วนคือส่วนที่เป็นของเหลวและส่วนที่เป็นผงใช้ผสมกัน		
		เพื่อให้เกิดการโพลิเมอร์ไรเซชันและเป็นวัสดุปราศจากเชื้อและมียาปฏิชีวนะผสม เพื่อลดโอกาส		
		การติดเชื้อในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ และใช้ในรายที่เป็นการผ่าตัดแก้ไขข้อเทียมที่เคยติดเชื้อ		
		ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงข้อเทียมกับกระดูกในผู้ป่วยที่มีหรืออาจมีการติดเชื้อ และใช้ในผู้ป่วยเนื่องจากกระดูก		



รหัส อุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
	7.5	กระดุกชีวภาพ		
7501	7.5.1	กระดุกชนิดอบแห้งขนาด 2 ลูกบาศก์เซนติเมตร	ชิ้นละ	1,500
		ลักษณะ เตรียมจากกระดุกชีวภาพที่ปราศจากโรคติดต่อผ่านการทำความสะอาดและการอบแห้ง		
		รวมทั้งอาจทำให้ปราศจากเชื้อโดยรังสีแกมมาผ่านกระบวนการสุญญากาศ		
		ข้อบ่งชี้ เพื่อการปลูกกระดุกทั่วไป		
7502	7.5.2	กระดุกแช่แข็งขนาดเล็ก	ชิ้นละ	5,000
		ลักษณะ เตรียมจากกระดุกชีวภาพที่ปราศจากโรคติดต่อผ่านการทำความสะอาด และการแช่แข็งที่		
		เท่ากับหรือต่ำกว่า 70 องศาเซลเซียส รวมทั้งอาจการทำให้ปราศจากเชื้อ โดยรังสีแกมมา		
		ผ่านกระบวนการสุญญากาศ		
		ข้อบ่งชี้ เพื่อการปลูกทดแทนกระดุกที่ถูกทำลายไปจากการบาดเจ็บ หรือโรคในบริเวณกระดุกขนาดเล็ก		
7503	7.5.3	กระดุกแช่แข็งขนาดกลาง	ชิ้นละ	15,000
		ลักษณะ เตรียมจากกระดุกชีวภาพที่ปราศจากโรคติดต่อผ่านการทำความสะอาด และการแช่แข็งที่		
		เท่ากับหรือต่ำกว่า 70 องศาเซลเซียส รวมทั้งอาจการทำให้ปราศจากเชื้อ โดยรังสีแกมมา		
		ผ่านกระบวนการสุญญากาศ		
		ข้อบ่งชี้ เพื่อการปลูกทดแทนกระดุกที่ถูกทำลายไปจากการบาดเจ็บหรือโรคในบริเวณกระดุกขนาดใหญ่		
7504	7.5.4	กระดุกแช่แข็งขนาดใหญ่	ชิ้นละ	25,000
		ลักษณะ เตรียมจากกระดุกชีวภาพที่ปราศจากโรคติดต่อผ่านการทำความสะอาดและการแช่แข็งที่		
		เท่ากับหรือต่ำกว่า 70 องศาเซลเซียส รวมทั้งอาจการทำให้ปราศจากเชื้อ โดยรังสีแกมมา		
		ผ่านกระบวนการสุญญากาศ		
		ข้อบ่งชี้ เพื่อการปลูกทดแทนกระดุกที่ถูกทำลายไปจากการบาดเจ็บหรือโรคในบริเวณกระดุก		
		ขนาดใหญ่และบริเวณข้อและใช้ร่วมกับข้อเทียม		
7505	7.5.5	ข้อแช่แข็ง	ชิ้นละ	35,000
		ลักษณะ เตรียมจากกระดุกชีวภาพที่ปราศจากโรคติดต่อผ่านการทำความสะอาดและการแช่แข็งที่		
		เท่ากับหรือต่ำกว่า 70 องศาเซลเซียส รวมทั้งอาจการทำให้ปราศจากเชื้อ โดยรังสีแกมมา		
		ผ่านกระบวนการสุญญากาศ		
		ข้อบ่งชี้ เพื่อการปลูกทดแทนกระดุกที่ถูกทำลายไปจากการบาดเจ็บหรือโรคในบริเวณกระดุก		
		ขนาดใหญ่และบริเวณข้อและใช้ร่วมกับข้อเทียม		



รหัส อุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
7506		7.5.6 แคลเซียมไฮดรอกซีเอพาไตด์ขนาด 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร	ชิ้นละ	2,500
		ลักษณะ เป็นสารไฮดรอกซีเอพาไตด์ที่สังเคราะห์ขึ้นหรือสังเคราะห์ขึ้นหรือผลิตจากวิธีทางธรรมชาติ		
		ผ่านขบวนการทำให้ปราศจากเชื้อและฉีกด้วยวิธีที่ใช้ในการเก็บวัสดุทางการแพทย์		
		ข้อบ่งชี้ เพื่อการปลูกกระดูกที่มีความต้องการจำเพาะเช่นการปลูกกระดูกบริเวณใบหน้า		
	7.6	อุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดกระดูกและข้อ		
7601		7.6.1 ใบมีดตัดเนื้อเยื่ออ่อนในข้อ (Blade for arthroscopic shaver)	ชิ้นละ	4,500
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาของเนื้อเยื่ออ่อนในข้อ		
		หมวด 8 วัสดุอุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู		
	8	มือเทียม นิ้วเทียม (Hand prosthesis)		
8001		8.0.1 นิ้วเทียม(นิ้วหัวแม่มือ)	นิ้วละ	1,000
8002		8.0.2 นิ้วเทียม(นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง)	นิ้วละ	1,000
8003		8.0.3 นิ้วเทียม(นิ้วก้อย)	นิ้วละ	1,000
8004		8.0.4 นิ้วเทียมมากกว่า 2 นิ้วติดกัน	ข้างละ	3,000
8005		8.0.5 ถุงมือยางสำหรับมือขาดบางส่วน	ชุดละ	5,000
	8.1	แขนเทียม (Prosthesis, upper extremity)		
8101		8.1.1 แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอกส่วนปลายชนิดให้น้ำมีระบบการใช้งาน	ข้างละ	25,000
8102		8.1.2 แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอกส่วนปลายชนิดให้น้ำไม่มีระบบการใช้งาน	ข้างละ	7,000
8103		8.1.3 แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอกส่วนปลายชนิดตะขอโลหะ	ข้างละ	27,000
8104		8.1.4 แขนเทียมเหนือศอกส่วนปลายชนิดให้น้ำข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ	ข้างละ	16,900
8105		8.1.5 แขนเทียมเหนือศอกส่วนปลายชนิดตะขอโลหะข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ	ข้างละ	16,900
8106		8.1.6 แขนเทียมชนิดในส้นหรือแบบโหล ส่วนปลายชนิดให้น้ำข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ	ข้างละ	10,000
	8.2	ขาเทียม (Prosthesis , lower extremity)		
8201		8.2.1 ขาเทียมระดับข้อเท้า (Symes)	ข้างละ	5,000
8202		8.2.2 ขาเทียมระดับใต้เข่า แกนนอก	ข้างละ	6,500
8203		8.2.3 ขาเทียมระดับใต้เข่าแกนใน	ข้างละ	30,000
8204		8.2.4 ขาเทียมระดับข้อเข่า	ข้างละ	17,000
8205		8.2.5 ขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนนอก	ข้างละ	18,000
8206		8.2.6 ขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนใน	ข้างละ	30,000
8207		8.2.7 ขาเทียมระดับตะโพกแกนนอก	ข้างละ	30,000



รหัส อุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
8208		8.2.8 ขาเทียมระดับสะโพกบนใน	ข้างละ	50,000
8209		8.2.9 เท้าเทียมที่ต้องใส่ร่วมกับขาเทียมแบบต่าง ๆ	ข้างละ	4,000
	8.3	อุปกรณ์พยุงแกนลำตัว (Spinal orthosis)		
8301		8.3.1 เสื้อพยุงคอ (Collar) ชนิดอ่อน	ชุดละ	250
8302		8.3.2 เสื้อพยุงคอ(Collar) แข็ง	ชุดละ	250
8303		8.3.3 เสื้อพยุงคอ (Collar) ชนิดปรับได้	ชุดละ	500
8304		8.3.4 เสื้อพยุงคอ(Collar)ชนิด 2 หรือ 4 ขา	ชุดละ	1,000
8305		8.3.5 เสื้อพยุงลำตัว	ชุดละ	2,000
8306		8.3.6 โคนหรือ พลาสติกตามหลังคด	ชุดละ	8,000
8307		8.3.7 เสื้อพยุงระดับเอว (Lumbosacral support)	ชุดละ	1,000
	8.4	โลหะ/พลาสติกตามแขนภายนอก (Orthosis, upper extremity)		
8401		8.4.1 โคนะ/พลาสติกตามข้อไหล่ ข้อมือ และข้อศอกเด็ก	ข้างละ	800
8402		8.4.2 โคนะ/พลาสติกตามข้อไหล่ ข้อมือ และข้อศอกผู้ใหญ่	ข้างละ	1,000
8403		8.4.3 โคนะ/พลาสติกตามข้อมือและข้อศอกพร้อมลวดสปริง	ชุดละ	1,000
	8.5	โลหะ/หรือพลาสติกตามขาภายนอกไม่รวมรองเท้า (Orthosis, lower extremity)		
8501		8.5.1 โคนะ/พลาสติกตามขาเด็กเล็กชนิดยาวไม่มีข้อเข่า	ข้างละ	1,500
8502		8.5.2 พลาสติกตามขาเด็กเล็กชนิดยาวมีข้อเข่าล็อกได้	ข้างละ	5,500
8503		8.5.3 โคนะตามขาเด็กเล็กชนิดยาวมีข้อเข่าล็อกได้	ข้างละ	11,000
8504		8.5.4 พลาสติกตามขาเด็กขนาดกลางชนิดยาวมีข้อเข่าล็อกได้	ข้างละ	5,500
8505		8.5.5 โคนะตามขาเด็กขนาดกลางชนิดยาวมีข้อเข่าล็อกได้	ข้างละ	11,000
8506		8.5.6 พลาสติกตามขาขนาดใหญ่มีข้อเข่าล็อกได้	ข้างละ	5,500
8057		8.5.7 โคนะตามขาขนาดใหญ่มีข้อเข่าล็อกได้	ข้างละ	12,000
8508		8.5.8 เบ้ารับน้ำหนักที่กระดูกงู้นกบ (ischium tuberosity)	เบ้าละ	4,200
8509		8.5.9 เบ้ารับน้ำหนักที่เอ็นสะบ้า (PTB)	ข้างละ	3,000
8510		8.5.10 พลาสติกตามขาเด็กเล็กชนิดสั้น (กันเท้าตก)	ข้างละ	1,200
8511		8.5.11 โลหะตามขาเด็กเล็กชนิดสั้น (กันเท้าตก)	ข้างละ	4,000
8512		8.5.12 พลาสติกตามขาขนาดกลาง (กันเท้าตก)	ข้างละ	1,500
8513		8.5.13 โลหะตามขาขนาดกลาง (กันเท้าตก)	ข้างละ	5,000
8514		8.5.14 พลาสติกตามขาชนิดสั้นขนาดใหญ่ (กันเท้าตก)	ข้างละ	1,800



รหัส อุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
8515		8.5.15 โลหะคามขาชนิดสั้นขนาดใหญ่ (กันเท้าตก)	ข้างละ	6,000
8516		8.5.16 สลิงบิดขา (Twister) ขนาดเล็ก	ข้างละ	350
8517		8.5.17 สลิงบิดขา (Twister) ขนาดผู้ใหญ่	ข้างละ	500
8518		8.5.18 อุปกรณ์ประคองข้อเข่าแบบปรับมุมได้	ชุดละ	5,000
		ข้อบ่งชี้ ใช้ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดข้อเข่า ซึ่งมีความจำเป็นต้องจำกัดมุมของข้อเข่าและปรับเป็นระยะ		
8519		8.5.19 พลาสติคตามข้อเท้า (Ankle-foot orthosis)	ข้างละ	3,000
		ข้อบ่งชี้ ใช้เฉพาะผู้ป่วยที่มีข้อเท้าที่หลวม (Ankle instability)		
8520		8.5.20 สายรัดกันเท้าตก	ข้างละ	150
	8.6	อุปกรณ์พยางข้อ (Single joint orthosis)		
8601		8.6.1 สายคล้องแขนกันไหล่หลุด	ข้างละ	200
8602		8.6.2 สายคล้องแขน (Arm sling)	ชิ้นละ	150
8603		8.6.3 อุปกรณ์พยางข้อศอก (Elbow support) มีแกนด้านข้าง (ไม่รวมจากชนิดที่ทำจากผ้ายัด)	ข้างละ	1,500
8604		8.6.4 อุปกรณ์พยางข้อศอก (Elbow support) ไม่มีแกนด้านข้าง (ไม่รวมจากชนิดที่ทำจากผ้ายัด)	ข้างละ	1,500
8605		8.6.5 แผ่นโลหะ/พลาสติกบังคับเชิงกรานเด็ก	ข้างละ	500
8606		8.6.6 แผ่นโลหะบังคับเชิงกรานผู้ใหญ่	ข้างละ	1,500
8607		8.6.7 อุปกรณ์พยางข้อเข่า (Knee support) มีแกนด้านข้าง (ไม่รวมจากชนิดที่ทำจากผ้ายัด)	ข้างละ	1,400
8608		8.6.8 อุปกรณ์พยางข้อเข่า (Knee support) ไม่มีแกนด้านข้าง (ไม่รวมจากชนิดที่ทำจากผ้ายัด)	ข้างละ	800
		ข้อบ่งชี้ ใช้เฉพาะผู้ป่วยที่ข้อเข่าเสื่อม ข้ำรูด ที่ยังไม่พร้อมที่จะผ่าตัด		
8609		8.6.9 อุปกรณ์พยางสันเท้าและฝ่าเท้าชนิดสำเร็จรูป	คู่ละ	1,200
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีข้อเท้า เ็นข้อเท้า กระดูกฝ่าเท้าอักเสบ และใช้ในการบำบัดรักษา		
		เอ็นฝ่าเท้าอักเสบที่เรื้อรังต่อเนื่อง		
8610		8.6.10 อุปกรณ์พยางสันเท้าและฝ่าเท้าชนิดหล่อพิเศษเฉพาะราย	ข้างละ	2,000
		ข้อบ่งชี้ เช่นเดียวกับ 8.6.9		
	8.7	เครื่องช่วยเดิน (Walking Aids) (จ่ายให้ครั้งเดียวไม่มีค่าซ่อมหรือซื้อใหม่)		
8701		8.7.1 เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขา (Pick-up-walker)	ชิ้นละ	700
8702		8.7.2 เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขา มีล้อ	ชิ้นละ	6,000
8703		8.7.3 ไม้เท้า 1 ปุ่ม	ชิ้นละ	190
8704		8.7.4 ไม้เท้าชนิด 3 หรือ 4 ปุ่ม	ชิ้นละ	600
8705		8.7.5 ไม้ค้ำยัน	คู่ละ	250



รหัส อุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
	8.8	รองเท้า		
8801		8.8.1 รองเท้าคนพิการขนาดเล็ก	คู่ละ	600
8802		8.8.2 รองเท้าคนพิการขนาดกลาง	คู่ละ	800
8803		8.8.3 รองเท้าคนพิการขนาดใหญ่	คู่ละ	1,000
8804		8.8.4 รองเท้าคนพิการขนาดใหญ่พิเศษ	คู่ละ	1,200
8805		8.8.5 ค่าดัดแปลงรองเท้าคนพิการ	ข้างละ	400
8806		8.8.6 รองเท้าดัดแปลงสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีอาการที่เท้าหรือเท้าผิดปกติ	ข้างละ	2,000
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีเท้าผิดปกติ หรือผู้ป่วยที่มีอาการที่เท้า (neuropathy)		
	8.9	อุปกรณ์อื่น ๆ		
8901		8.9.1 รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะ แบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้	คันละ	6,000
		ข้อบ่งชี้ ระบุความพิการที่จำเป็นต้องนั่งรถ โดยมี ไม่รับรองแพทย์และให้เบิกได้ไม่เกิน 1 คันต่อ		
		ระยะเวลา 5 ปี		
8902		8.9.2 รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะ แบบปรับไม่ได้	คันละ	4,000
		ข้อบ่งชี้ ระบุความพิการที่จำเป็นต้องนั่งรถ โดยมี ไม่รับรองแพทย์และให้เบิกได้ไม่เกิน 1 คันต่อ		
		ระยะเวลา 5 ปี		
		หมวด 9 อื่น ๆ		
	9.0	เกี่ยวกับผิวหนัง		
9001		9.0.1 ฟองน้ำรองตัวสำหรับผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยอัมพาต	ชิ้นละ	600
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่เป็นอัมพาต ไม่สามารถพลิกตัวด้วยตนเองได้		
9002		9.0.2 Skin graft knife	อันละ	600
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายผิวหนัง		
	9.1	วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ดูดหรือระบายเลือด/หนอง/น้ำเหลือง		
9101		9.1.1 ชุดสุญญากาศดูดเลือด หนอง/ น้ำเหลืองหลังการผ่าตัด (Vacuum drianage) แบบชั่วคราว	ถุงละ	200
9102		9.1.2 ชุดสุญญากาศดูดเลือด หนอง/ น้ำเหลืองหลังการผ่าตัด (Vacuum drianage) แบบถาวร	ถุงละ	650
9103		9.1.3 แผ่นคลุมผิวหนังปราศจากเชื้อก่อนผ่าตัด	แผ่นละ	200



รหัส อุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
		หมวดวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์		
	1	วัสดุ/อุปกรณ์อื่นที่ใช้กับทางเดินหายใจ		
	1.1	อุปกรณ์สำหรับเก็บเสมหะ (Lugen tube)	ชิ้นละ	50
		ลักษณะ เป็นภาชนะทรงกระบอกปลอดเชื้อหรือทำให้ปลอดเชื้อได้ ใ้พร้อมรับเสมหะที่เก็บจากผู้ป่วย		
		มีรอยต่อ 2 ด้าน ด้านหนึ่งสำหรับดูดเสมหะ ด้านหนึ่งสำหรับต่อเข้าเครื่องดูด		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในทางเดินหายใจที่ต้องเก็บเสมหะเพื่อการเพาะเชื้อ		
	2	อุปกรณ์หรือสายสวนสำหรับนำสาร/สารละลายเข้าหลอดเลือด		
	2.1	อุปกรณ์ในการให้เลือดหรือสารน้ำ ทางเส้นเลือด (IV Set) ชนิดธรรมดา	ชุดละ	15
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับสารละลายหรือยาทางหลอดเลือด เช่นกินอาหารไม่ได้		
		หรือต้องฉีดยาทางหลอดเลือดหลายครั้ง หรือต้องได้รับสารละลายทางหลอดเลือด		
	2.2	อุปกรณ์ในการให้สารน้ำ ทางเส้นเลือด (IV Set) ชนิดหยดเล็ก (Microdrip Set)	ชุดละ	75
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับได้รับสารละลายหรือยาทางหลอดเลือด แต่ปริมาณไม่มาก		
		ต้องควบคุมการไหลค่อนข้างละเอียดเช่น เด็กเล็ก หรือเด็กโตและผู้ป่วยที่จำกัดการให้สารน้ำ		
	2.3	อุปกรณ์ในการให้สารน้ำทางเส้นเลือดโดยแบ่งปริมาณ	ชุดละ	120
		ลักษณะ เป็นภาชนะทรงกระบอกมีขีดบอกปริมาตร มีช่องทางสำหรับฉีดสารเข้า และมีสาย 2 ด้าน		
		สายหนึ่งสำหรับรับสารน้ำเข้า สายที่สองมีลักษณะเป็น IV Set สำหรับควบคุมการส่งสารน้ำ		
		ไปยังผู้ป่วย เช่น Soluset		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับได้รับสารละลายหรือยาทางหลอดเลือด และต้องมีการแบ่งปริมาณ		
		การให้เป็นครั้งๆ หรือต้องกำหนดความเข้มข้นที่แน่นอน เช่นกรณีที่มีการให้ยาหยดเข้าหลอดเลือด		
	2.4	ชุดสายวัดความดันในหลอดเลือดดำ (CVP)	ชุดละ	140
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะช็อกหรือหัวใจล้มเหลว และมีความจำเป็นต้องตรวจวัดความดันในหลอดเลือดดำ		
		หรือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับสารละลายเข้าหลอดเลือด แต่ให้ทางหลอดเลือดดำส่วนปลายไม่ได้		
	2.5	อุปกรณ์ในการเตรียมเลือดชนิดถุงเดี่ยว	ชุดละ	52
	2.6	อุปกรณ์ในการเตรียมเลือดชนิด 2 ถุง	ชุดละ	120
	2.7	อุปกรณ์ในการเตรียมเลือดชนิด 3 ถุง	ชุดละ	178
	2.8	อุปกรณ์ในการเตรียมเลือดชนิดถุงถ่ายเลือด	ชุดละ	52
	2.9	ถุงแยกเลือดสำหรับผู้ป่วย	ชุดละ	140
	2.10	อุปกรณ์ในการให้เกร็ดเลือด(ถุงเลือด)	ชุดละ	75
	2.11	เข็ม non coring needle	ชิ้นละ	140



รหัส อุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
	3	วัสดุ/อุปกรณ์ใช้เก็บของเสียจากลำไส้		
		3.1 ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ (Colostomy bag)	ถุงละ	10
		ข้อบ่งชี้ ใช้เก็บสิ่งขับถ่ายในผู้ป่วยที่มีลำไส้เปิดที่หน้าท้อง		
	4	ท่อ/สาย/ถุงให้อาหาร		
		4.1 สายให้อาหารผ่านรูจมูกสู่กระเพาะอาหาร (Nasogastric tube) ระยะสั้น	เส้นละ	15
		ลักษณะ เป็นท่อพลาสติก		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่กินอาหารทางปากไม่ได้ หรือที่ต้องได้รับการระบายก๊าซหรือหรือของเหลว		
		ออกจากกระเพาะอาหาร		
	5	สายระบายปัสสาวะ		
		5.1 สายสวนปัสสาวะ ชนิดใช้ระยะยาว ชนิด 2 ทาง	เส้นละ	30
		5.2 สายสวนปัสสาวะ ชนิดใช้ระยะยาว ชนิด 3 ทาง	เส้นละ	120
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่อง		
		5.3 สายสวนปัสสาวะสำหรับเด็ก	เส้นละ	200
	6	ถุงเก็บปัสสาวะ		
		6.1 ถุงเก็บน้ำปัสสาวะซึ่งต่อจากสายสวนระยะยาว ชนิดใบใหญ่	ถุงละ	15
		6.2 ถุงเก็บน้ำปัสสาวะซึ่งต่อจากสายสวนระยะยาว ชนิดใบเล็ก	ถุงละ	50
		6.3 ถุงเก็บน้ำปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้อง (Urotomy bag) ชนิดใช้ครั้งเดียว	ถุงละ	80
		6.4 ถุงเก็บน้ำปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้อง (Urotomy bag) ชนิดใช้ระยะยาว	ถุงละ	290
		6.5 ถุงเก็บน้ำปัสสาวะแบบติดกาสำหรับเด็ก	ถุงละ	7



ด่วนที่สุด
ที่ กค 0417/ว 165



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

11 พฤษภาคม 2550

เรื่อง ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี
ผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 77 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค จำนวน 12 รายการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้กำหนดประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการ
บำบัดรักษาโรค นั้น

กรมบัญชีกลางได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

1. เห็นสมควรประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเพิ่มเติม
จำนวน 12 รายการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
2. ขอแก้ไขอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค รหัส 4419 รายการ 4.4.19 ตะแกรงกรองลิ้มเลือก
หลอดเลือดดำใหญ่ (IVC Interruption device) จาก ราคาไม่เกินชุดละ 4,000 บาท เป็น ราคาไม่เกิน
ชุดละ 40,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรอนงค์ มณีกาญจน์)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

กลุ่มงานสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการรักษาราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

โทร. 0-2273-9561 0-2298-6087

www.cgd.go.th

ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
แนบท้ายประกาศกระทรวงการคลัง ที่ กค 0417/ว 165 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550

รหัส อุปกรณ์	ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	ราคาไม่เกิน
		หมวด 1 ระบบประสาท		
1106	1.1	ท่อสายต่อจากช่องกระดูกและไขสันหลังใช้ในระบบประสาท 1.1.6 สายวัดประจุไฟฟ้าในการผ่าตัดผู้ป่วยโรคสมองซีก (Subdural electrode) ข้อบ่งชี้ ใช้ในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคสมองซีกที่ไม่สามารถควบคุมด้วยยาเกินขีด	เส้นละ	20,000
		หมวด 3 ระบบทางเดินหายใจ		
3009	3.0	ท่อหลอดอุปกรณ์ช่วยการหายใจ 3.0.9 โครงค้ำสำหรับหลอดคอ รูปตัว T (Tracheal T-tube) ลักษณะ เป็นท่อซิลิโคนรูปตัว T สำหรับค้ำหลอดคอ มีรูเปิดที่ช่องต่อ ข้อบ่งชี้ หลอดคอติด จากภาวะต่าง ๆ เพื่อให้สามารถหายใจได้ทางคอและทางช่องเสียง ใช้ค้ำยื่น หลังผ่าตัดหลอดคอ หรือถ่างขยายหลอดคอ	ชิ้นละ	4,000
3010		อายุการใช้งาน ตลอดไป 3.0.10 โครงค้ำสำหรับช่องเสียงและหลอดคอส่วนต้น (Laryngotracheal stent) ลักษณะ เป็นรูปทรงตัน เข้ากับรูปช่องเสียง และหลอดคอส่วนต้น ข้อบ่งชี้ ใช้ค้ำยื่นบริเวณช่องเสียงและหลอดคอส่วนต้น ภายหลังผ่าตัด แก้ไขในผู้ป่วยที่มีช่องเสียง หรือหลอดคอส่วนต้นตีบตัน	ชิ้นละ	4,000
3011		อายุการใช้งาน ตลอดไป 3.0.11 ท่อค้ำยื่นหลอดคอและหลอดลมใหญ่ (Tracheo-bronchial stent) ลักษณะ รูปวงแหวนหลอดคอและหลอดลมใหญ่ ทำด้วยวัสดุโลหะและโครงโลหะ และสามารถถ่างออกได้ ใช้ค้ำยื่นหลอดคอ และหลอดลมใหญ่	ชิ้นละ	80,000
3012		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีหลอดคอบริเวณทรวงอกและหลอดลมใหญ่ตีบ ที่ไม่สามารถผ่าตัดรักษาได้ อายุการใช้งาน ตลอดไป 3.0.12 เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (Continuous Positive Airway Pressure - CPAP) ลักษณะ เป็นเครื่องเพิ่มความดันอากาศในทางเดินหายใจ เพื่อให้ความดันอากาศในทางเดินหายใจเป็นบวก ตลอดเวลา สามารถปรับแรงดันได้ ใช้ร่วมกับหน้ากากครอบจมูก แต่จะชุดประกอบด้วยตัวเครื่อง หน้ากาก ท่อต่อ และอุปกรณ์ต่างๆ ครบถ้วนพร้อมใช้งานได้	ชุดละ	20,000
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับที่รักษาด้วยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล และไม่สามารถ แก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดที่ไม่ซับซ้อน หรือผ่าตัดแล้วไม่ได้ผล ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องมีระดับความรุนแรงของ ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งดูจาก Apnea-hypopnea Index (AHI) ที่ได้จากการวัดด้วยวิธี Full polysomnography ในการตรวจการนอนหลับ ดังนี้ (ข้อใดข้อหนึ่ง) 1. AHI มากกว่า 15 ครั้งต่อชั่วโมง 2. AHI ระหว่าง 5 ถึง 15 ครั้งต่อชั่วโมง และมีโรคประจำตัวที่อาจเสี่ยงจากภาวะหยุดหายใจ ขณะนอนหลับ ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคหลอดเลือดสมอง		
4019	4.0	หมวด 4 หัวใจและหลอดเลือด 4.0.19 ลิ้นหัวใจเทียม ม่านหัวใจเทียม และหลอดเลือดเทียม 4.0.19 ลิ้นหัวใจเทียมชนิดทำจากเนื้อเยื่อ (Homograft) ข้อบ่งชี้ 1. ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อของลิ้นหัวใจ (Infective endocarditis) 2. ผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจที่ลิ้นหัวใจมีขนาดเล็ก ไม่สามารถใส่ลิ้นหัวใจเทียมชนิดอื่นได้ 3. ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ชนิดที่ไม่มีลิ้นหัวใจปอด (Pulmonic valve) หรือมีแต่ขนาดเล็ก 4. ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ชนิดที่ไม่มีลิ้นหัวใจเอออร์ติก (aortic valve) หรือมีแต่ขนาดเล็ก 5. ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ที่ต้องการสร้างเสริมเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ออกจากหัวใจ (Aortic reconstruction, Pulmonary artery reconstruction)	ชิ้นละ	25,000



รหัส อุปกรณ์	ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	ราคาไม่เกิน
4020		4.0.20 เส้นเลือดชนิดเนื้อเยื่อโฮโมกราฟ (Homograft conduit) ข้อบ่งชี้ 1. ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อของเส้นเลือดเอออร์ตา 2. ผู้ป่วยที่มีเส้นเลือดเอออร์ติกโป่งพองจากการติดเชื้อ (Mycotic aortic aneurysm) 3. ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ต้องสร้างเสริมขยายเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ออกจากหัวใจ (Aortic reconstruction, pulmonary artery reconstruction)	ชิ้นละ	25,000
4903	4.9	อุปกรณ์หรือสายสวนสำหรับนำสาร/สารละลายเข้าหลอดเลือด 4.9.3 ชุดใส่สารละลายหรือหลายวิธีลิโคเน (Subcutaneous port) ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยโรคระยะเรื้อรังที่จำเป็นต้องได้รับยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำระยะยาว (3 เดือนขึ้นไป) ที่ไม่สามารถให้ยาทางหลอดเลือดดำโดยวิธีปกติได้ หมวด 5 ทางเดินอาหาร	ชุดละ	9,500
5106	5.1	ท่อสายสวนให้อาหาร 5.1.6 ชุดสายสวนกระเพาะอาหารแบบใส่ผ่านกล้อง (Percutaneous endoscopic gastrostomy) กรณีเปลี่ยนท่อสาย ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชุด ลักษณะ ประกอบด้วยสายสวนกระเพาะและอุปกรณ์สำหรับช่วยในการใส่สายสวนนี้จากผนังท้อง เข้าสู่กระเพาะอาหารโดยตรง ร่วมกับการส่องกล้อง โดยไม่ต้องผ่าตัด ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับอาหารเข้าทางกระเพาะอาหารโดยตรง ที่จำเป็นต้องใส่สายในนาน 4 เดือนขึ้นไป	เส้นละ	1,800
5504	5.5	เครื่องมือช่วยการผ่าตัดลำไส้ 5.5.4 เครื่องมือตัดต่อลำไส้ชนิดไม่มีแบบตรง ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องตัดหลอดอาหารออก หมวด 8 วัสดุอุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู	ชิ้นละ	8,200
8611	8.6	อุปกรณ์พยุงข้อ (Single joint orthosis) 8.6.11 อุปกรณ์พยุงข้อมือหรือเท้า หมวด 9 อื่น ๆ	ข้างละ	600
9003	9	เกี่ยวกับผิวหนัง 9.0.3 ผ้ายัดรัดแผลเป็น (Pressure garment) ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวกชนิดที่มีบาดแผลลึก (Deep second degree burn หรือ Third degree burn) หรือบาดแผลเรื้อรัง หรือบาดแผลที่ต้องใช้เวลานานในการรักษา นานกว่า 3 สัปดาห์ บริเวณ หน้า ลำตัว แขน ขา หรือ บริเวณข้อพับ หมายเหตุ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินราคาที่กำหนดตามขนาดของบาดแผล	ชิ้นละ	6,000



ด่วนที่สุด

ที่ กค 0417/ว 370



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

๒๔ ตุลาคม 2550

เรื่อง ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี

ผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

อ้างถึง 1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 460 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2547

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 77 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548

3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 165 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค จำนวน 3 รายการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้กำหนดประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคให้ส่วนราชการทราบ และถือปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการ นั้น

กรมบัญชีกลางได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นสมควรยกเลิกหนังสือกรมบัญชีกลางที่อ้างถึง 1. และประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเพิ่มเติมจำนวน 3 รายการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรอนงค์ นพิกานต์)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

รักษาการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง


กลุ่มงานสวัสดิการโรงพยาบาลข้าราชการ

โทร. 0-2298-6086

www.cgd.go.th

ประเภทและอัตราค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
แบบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค ๐417/ร 370 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2550

รหัส อุปกรณ์	ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	ราคาไม่เกิน (บาท)
		หมวด 1 ระบบประสาท		
	1.2	เครื่องกระตุ้นสมองและประสาท		
1201	1.2.1	เครื่องกระตุ้นสมองผ่านประสาทสมองเส้นที่สิบ (Vagal nerve stimulator) พร้อมอุปกรณ์	ชุดละ	900,000
		ลักษณะ เป็นชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ		
		1. ส่วนที่อยู่ข้างกายในร่างกาย ประกอบด้วย		
		1.1 ตัวเครื่อง Pulse generator พร้อมแบตเตอรี่ที่เชื่อมถึงมีอายุการใช้งาน 6 - 11 ปี และสามารถเปลี่ยนได้โดยการผ่าตัดเล็ก		
		1.2 สาย และขั้วไฟฟ้า (Lead) ซึ่งมีขั้วนำไฟฟ้าเป็นทองคำลิ้ม หรือ พลาตินัม อิริเดียม และมีฉนวนเป็นซิลิโคน		
		2. ส่วนที่อยู่นอกร่างกาย ประกอบด้วย		
		2.1 เครื่องมือสอดสาย ผ่านได้ผิวหนังกระดูก (Tunneling tool)		
		2.2 อุปกรณ์ใส่ทอง หากมีช่องระหว่างผ่าตัด (Accessory pack)		
		2.3 Computer สำหรับตั้งโปรแกรม (Handheld หรือ Laptop)		
		2.4 โปรแกรมการกระตุ้น (VNS Therapy programming software)		
		2.5 แม่เหล็กกระตุ้น (Magnet) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น		
		(สำหรับผู้ป่วยทุกเพื่อกระตุ้นตามต้องการหรือหยุดการทำงานของเครื่อง)		
		ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับลดความถี่ของอาการชักในผู้ป่วยโรคสมอง ซึ่งอาการชักเฉพาะบางส่วน		
		ซึ่งอาจมีหรือไม่มีอาการชักที่ตัว (Partial seizure with or without secondary generalized or generalized seizure)		
		โดยใช้เป็นการรักษาเสริมกับยากันชักในผู้ป่วย ซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยากันชัก (คือยา) มากกว่า 3 ชนิดขึ้นไป		
		หมวด 2 ตา หู คอ จมูก		
	2.4	อวัยวะเทียมเกี่ยวกับหู		
2405	2.4.5	ชุดประสาทหูเทียม (Cochlear implant)	ชุดละ	850,000
		ลักษณะ เป็นชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ		
		1. ส่วนที่อยู่ข้างกาย ประกอบด้วย อุปกรณ์สำคัญ เช่น ตัวรับสัญญาณ (Receiver) และขั้วไฟฟ้า (Electrode array)		
		2. ส่วนที่อยู่นอกร่างกาย ประกอบด้วย อุปกรณ์สำคัญคือ เครื่องแปลงสัญญาณ (Signal processor)		
		ซึ่งอาจเป็นชนิดที่ติดหลังใบหู หรือชนิดต้องพกพา และเครื่องแปลงเสียงพูด (Speech processor)		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่ (ต้อง) มีครบทั้ง 4 ข้อ		
		1. มีประสาทหูเสื่อม หรือหูตึง 2 ข้าง มีระดับการได้ยินเกิน 90 เดซิเบล และใช้เครื่องช่วยฟังไม่ได้ผล หรือได้ผลน้อย		
		2. มีสุขภาพดี ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการผ่าตัด		
		3. มีสุขภาพจิตและระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติ		
		4. ต้องสามารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินหลังการผ่าตัด และติดตามผลเป็นระยะๆ ได้		
		(หมายเหตุ ในรับรองของแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดจะต้องระบุข้อบ่งชี้ทั้ง 4 ข้อ พร้อมทั้งหลักฐานการตรวจการได้ยิน		
		รับรองโดยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดและการตรวจระดับสติปัญญารับรองโดยจิตแพทย์แนบมาเพื่อประกอบการเบิกจ่ายด้วย)		
		หมวด 6 ทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์		
	6.2	วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ในการตรวจรักษาในทางเดินปัสสาวะ		
6205	6.2.5	Urinometer set (ต่อจากสายสวนระยะยาว)	ชุดละ	530
		ลักษณะ เป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับต่อจากสายสวนระยะยาว		
		ข้อบ่งชี้ ใช้ตรวจวัดปริมาณปัสสาวะอย่างใกล้ชิด เช่น ผู้ป่วยหนักใน ICU หรือผู้ป่วยเด็ก สายต่อและถูกเก็บปัสสาวะ		
		ที่มีมาตรฐานการวัดโดยละเอียด		



ด่วนที่สุด
ที่ กค 0422.2/ว 234



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

7 กรกฎาคม 2551

เรื่อง ประกาศประเภทและอัตราค่าชดเชยเหี่ยวและอุปกรณในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับหินเทียม

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด

- อ้างถึง 1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 41 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2542
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 1 ที่ กค 0417/ว 77 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 1 ที่ กค 0417/ว 165 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550
4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 1 ที่ กค 0417/ว 370 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประเภทและอัตราค่าชดเชยเหี่ยวและอุปกรณในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับหินเทียมจำนวน 8 รายการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้กำหนดประกาศประเภทและอัตราค่าชดเชยเหี่ยวและอุปกรณในการบำบัดรักษาโรคให้ส่วนราชการทราบ และถือปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากทางราชการ นั้น

กรมบัญชีกลางได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นสมควรยกเลิกหนังสือกระทรวงการคลังที่อ้างถึง 1. และประกาศประเภทและอัตราค่าชดเชยเหี่ยวและอุปกรณในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับหินเทียม จำนวน 8 รายการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กรณีดังกล่าวไม่สามารถเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะพันธุ์ วัฒนารัตนพงศ์)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
กลุ่มงานสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ
โทร. 0-2298-6086-8
www.cgd.go.th

ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม

แบบทศประกาศกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0522.2/ว. 236 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2551

รหัสอุปกรณ์	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคา
		หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกฟันเทียม		
		1. ฟันเทียมถอดได้และอุปกรณ์ให้มีสิทธิเบิกได้คนละไม่เกินชิ้นละชุดละ ภายในระยะเวลา 5 ปี (โดยให้ระบุตำแหน่งที่ทำแต่ละครั้ง)		
		2. ฟันเทียมติดแน่นและอุปกรณ์ให้มีสิทธิเบิกได้คนละไม่เกินชิ้นละชุดละ ภายในระยะเวลา 10 ปี (โดยให้ระบุตำแหน่งที่ทำแต่ละครั้ง)		
		3. การเบิกฟันเทียมทั้งหมด ราคาที่ให้เบิกเป็นราคาที่เหมาจ่ายและได้รวมค่าวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ปากแล้ว		
		4. ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียมให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินครึ่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังกำหนด รีดละ/ชิ้นละ/ชุดละ		
		5. การเบิกจ่ายฟันเทียมไม่สามารถเข้าระบบการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของทางราชการได้		
		6. ให้ส่วนราชการควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกฟันเทียมอย่างเคร่งครัด		
		หมวด 9 อื่น ๆ		
	9.2	ฟันเทียมถอดได้และอุปกรณ์		
		9.2.0 ฟันเทียมทั้งปากถอดได้		
9202		9.2.0.1 ฟันเทียมทั้งปากถอดได้ 1 ชิ้น บน หรือล่าง ลักษณะ ฟันเทียมทั้งปากถอดได้ ฐานอคริลิก จีนเดียว ข้อป่งซี่ ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร	ชิ้น	2,400
9203		9.2.0.2 ฟันเทียมทั้งปากถอดได้ 2 ชิ้น บนและล่าง ลักษณะ ฟันเทียมทั้งปากถอดได้ ฐานอคริลิก สองชิ้น ข้อป่งซี่ ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร	ชุด	4,400
9204		9.2.0.3 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1-5 ซี่ ลักษณะ ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ฐานอคริลิก ข้อป่งซี่ ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติบางส่วนที่สูญเสียไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร	ชิ้น	1,300
9205		9.2.0.4 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ มากกว่า 5 ซี่ ลักษณะ ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ฐานอคริลิก ข้อป่งซี่ ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติบางส่วนที่สูญเสียไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร (ในกรณีที่เป็นข้อป่งซี่ ราคาจะรวมอยู่กับราคาฟันเทียมบางส่วนถอดได้ แล้วใน 9.2.0.3-9.2.0.4)	ชิ้น	1,500



รหัสอุปกรณ์	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคา
		9.2.1 พื้นเทียมติดผนังและอุปกรณ์		
9211		9.2.1.1 ครอบพื้นน้ำนม	ซี่	600
		ลักษณะ ครอบพื้นเด็ก วัสดุที่ใช้อาจเป็นโลหะไร้สนิม (stainless steel) หรืออลูมิเนียม		
		เพื่ออนุรักษ์พื้นน้ำนมให้นานไว้ ให้มีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหารได้		
		ข้อป่งซี บุรณะพื้นน้ำนมที่การผู้ได้ถูกตามตัวพื้นน้ำนมมากเกินไปจะบุรณะด้วยการจุดพื้นน้ำนมได้		
		หรือบุรณะพื้นน้ำนมภายหลังจากที่ได้รับการรักษาประคณพื้นหรือคลองรากฟันแล้ว		
9212		9.2.1.2 ครอบพื้นแท้	ซี่	2,100
		ลักษณะ ครอบพื้นแท้วัสดุที่ใช้อาจเป็นโลหะหรือพอร์ซเลน หรืออลูมิเนียม หรือโลหะร่วมกับพอร์ซเลน		
		หรือโลหะร่วมกับอลูมิเนียม หรือวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นแล้วแต่กรณี		
		เพื่ออนุรักษ์พื้นแท้ให้นานไว้ ให้มีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร		
		ข้อป่งซี บุรณะพื้นที่การผู้ได้ถูกตามมากเกินไปจะบุรณะด้วยการจุดพื้นแท้ หรือบุรณะพื้นแท้หลังจากที่ได้		
		กับการรักษาคลองรากฟันแล้ว		
9213		9.2.1.3 พื้นเทียมบางส่วนติดแน่น รวมค่าอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งปี ไม่รวมรากฟันเทียม	ชิ้น	6,700
		ลักษณะ พื้นเทียมบางส่วนติดแน่น วัสดุที่ใช้อาจเป็นโลหะหรือพอร์ซเลน หรือโลหะร่วมกับพอร์ซเลน		
		หรือวัสดุอื่น ๆ ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี		
		ข้อป่งซี ใช้ทดแทนพื้นธรรมชาติบางซี่ที่สูญเสียไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร		
9214		9.2.1.4 พื้นเคือธ	ซี่	1,000
		ลักษณะ เคือธพื้น		
		ข้อป่งซี ใช้เพื่อเสริมการยึดอยู่กับครอบพื้น ในกรณีที่พื้นได้รับการรักษาคลองรากฟันแล้ว		
		มีส่วนของเนื้อฟันเหลืออยู่น้อย		



ด่วนที่สุด

ที่ กค 0422.2/ 249



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

15 กรกฎาคม 2553

เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ/สถานพยาบาลที่กระทรวงการคลังกำหนด

- อ้างถึง 1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 77 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 165 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 370 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2550
4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 236 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2551
5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 338 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค จำนวน 13 รายการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 - 5 ได้ประกาศกำหนดประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเพื่อให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษายาบาลจากทางราชการ นั้น

กรมบัญชีกลางได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ตามรายการ ดังนี้

1. ชุดประสาทหูเทียม รหัส 2405
2. สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวด รหัส 4303 4304 และ 4305
3. สารเคลือบไฮดรอกซี เอพาไดต์ขนาด 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร รหัส 7506
4. ฟันเทียม

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับสำหรับการรักษายาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานคำตอบแทนและสวัสดิการ
กลุ่มงานสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ
โทร. 0-2298-6087

www.cgd.go.th


120 ปี
กรมบัญชีกลาง
บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

1

แบบทำประกาศกระทรวงการคลัง คำนวณครั้งที่ ๒๐๔๒๒.๒/ว ๒๔๙ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

รหัส อุปกรณ์	ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
		หมวด ๒ ตา หู คอ จมูก		
	2.4	อวัยวะเทียมเกี่ยวกับหู		
2405	2.4.5	จุดประสาทหูเทียม (Cochlear Implant) / จุดประสาทหูเทียมชนิดฝังที่ก้านสมอง (Brainstem Implant)	1 ชิ้น/ชุด	850,000
		หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายประสาทหูเทียม		
		1. การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม หรือ ฝังประสาทหูเทียมชนิดฝังที่ก้านสมอง ผู้ป่วยแต่ละรายสามารถเบิกได้ คนละ 1 ชิ้นต่อหูเท่านั้น		
		2. ในรับรองของแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดจะต้องระบุข้อบ่งชี้ครบทุกข้อ พร้อมทั้งหลักฐานการตรวจการได้ยิน รับรอง โดยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด และการตรวจระดับสติปัญญารับรองโดยจิตแพทย์แบบมาเพื่อประกอบการเบิกจ่ายด้วย		
		ลักษณะ เป็นจุดอุปกรณ์ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ		
		1. ส่วนที่อยู่ในร่างกาย ประกอบด้วย อุปกรณ์สำคัญ เช่น ตัวรับสัญญาณ (Receiver) และขั้วไฟฟ้า (Electrode array)		
		2. ส่วนที่อยู่นอกร่างกาย ประกอบด้วย อุปกรณ์สำคัญ คือ เครื่องแปลงสัญญาณ (Signal processor)		
		ซึ่งอาจเป็นชนิดที่ติดหลังใบหู หรือชนิดที่สอดพกพา และเครื่องแปลงเสียงพูด (Speech processor)		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่		
		1. มีประสาทหูเสื่อม หรือพิการ 2 ข้าง มีระดับการได้ยินเกิน 90 เดซิเบล และใช้เครื่องช่วยฟังไม่ได้ผล หรือได้ผลน้อย และ		
		2. มีสุขภาพดี ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการผ่าตัด และ		
		3. มีสุขภาพจิตและระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติ และ		
		4. ต้องสามารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินหลังการผ่าตัด และติดตามผลเป็นระยะๆ ได้ และ		
		5. กรณีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมชนิดฝังที่ก้านสมอง ต้องเป็นกรณีที่มีผู้ป่วยไม่มีเส้นประสาทสมองคู่ที่ 8 เท่านั้น		
		หมวด ๔ หัวใจและหลอดเลือด		
	4.3	อุปกรณ์หรือสายสวนสำหรับการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีตีบ (Coronary Intervention)		
4303	4.3.3	สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน (Coronary balloon dilatation catheter หรือ PTCA balloon)	ชุดละ	10,000
		ลักษณะ เป็นสายสวนที่มีบอลลูนที่ปลายสาย ใช้เพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดแดงโคโรนารีตีบ และมีความจำเป็น ต้องขยาย (Coronary intervention)		
4304	4.3.4	สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวด (Coronary stent)	ชุดละ	5,400
		ลักษณะ เป็นสายสวนที่มีขดลวดที่ปลายสาย ใช้เพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดแดงโคโรนารีตีบ และมีความจำเป็น ต้องขยาย (Coronary intervention)		
4305	4.3.5	สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug - eluting stent)	ชุดละ	23,400
		ลักษณะ เป็นสายสวนที่มีขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำที่ปลายสาย ใช้เพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดแดงโคโรนารีตีบ และมีความจำเป็น ต้องขยาย (Coronary intervention)		
		หมายเหตุ ห้ามสถานพยาบาลเรียกเก็บค่าอุปกรณ์ (รหัส 4303 4304 และรหัส 4305) ส่วนเกินจาก		



รหัส อุปกรณ์	ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	ราคาไม่เกิน (บาท)
		หมวด 7 กระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น		
	7.5	กระดูกชีวภาพ		
7506		7.5.6 แคลเซียมไฮดรอกซี เอพาทิตขนาด 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร	ชิ้นละ	2,500
		ลักษณะ เป็นสารไฮดรอกซีเอพาทิตที่สังเคราะห์ขึ้นหรือสังเคราะห์ขึ้นหรือผลิตจากวิธีทางธรรมชาติ		
		ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อและนิยกว่าวิธีที่ใช้ในการเก็บรักษาทางการแพทย์		
		ข้อบ่งชี้ เพื่อการปลูกกระดูกบริเวณในหน้า กราม และกระดูกคอส่วนบนเท่านั้น		
		หมวด 9 อื่น ๆ		
		หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่าย		
		1. ฟันเทียมถอดได้และอุปกรณ์ (ลำดับที่ 9.2.0.1 - 9.2.0.4) สามารถเบิกได้คนละ 1 รายการ และไม่เกิน 1 ชิ้น หรือ 1 ชุด ภายในระยะเวลา 3 ปี		
		2. ฟันเทียมติดแน่นและอุปกรณ์ (ลำดับที่ 9.2.1.1 - 9.2.1.3) สามารถเบิกได้คนละ 1 รายการและไม่เกิน 1 ชิ้น หรือ 1 ชิ้น ภายในระยะเวลา 5 ปี		
		3. การครอบฟันแน่น/ครอบฟันแท้ (ลำดับที่ 9.2.1.1 - 9.2.1.2) หากมีความจำเป็นต้องใช้ฟันเดียวกันด้วย		
		ตามข้อบ่งชี้ที่กำหนดสามารถเบิกค่าฟันเดียวกันได้		
		4. การเบิกฟันเทียมทั้งหมด ราคาที่ให้เบิกเป็นราคาที่เหมาจ่าย ซึ่งได้รวมค่าวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ปากแล้ว		
		5. ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ตะขอ ราคาตะขอได้รวมอยู่ในราคาฟันเทียมบางส่วนถอดได้ตาม 9.2.0.3-9.2.0.4 แล้ว		
		6. ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียมให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง		
		แต่ไม่เกินครึ่งหนึ่งของราคาฟันเทียมที่กระทรวงการคลังกำหนด ปีละ/ ชิ้นละ/ ชุดละ		
		7. การเบิกจ่ายฟันเทียมให้นำใบเสร็จรับเงินไปเบิกจากส่วนราชการต้นสังกัดเท่านั้น		
		8. ให้ส่วนราชการควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายตามข้อบ่งชี้		
	9.2	ฟันเทียมถอดได้และอุปกรณ์		
		9.2.0 ฟันเทียมทั้งปากถอดได้		
9202		9.2.0.1 ฟันเทียมทั้งปากถอดได้ 1 ชิ้น บน หรือล่าง	ชิ้น	2,400
		ลักษณะ ฟันเทียมทั้งปากถอดได้ชิ้นเดียว		
		ข้อบ่งชี้ ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร		
9203		9.2.0.2 ฟันเทียมทั้งปากถอดได้ 2 ชิ้น บนและล่าง	ชุด	4,400
		ลักษณะ ฟันเทียมทั้งปากถอดได้สองชิ้น		
		ข้อบ่งชี้ ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร		
9204		9.2.0.3 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1 - 5 ชิ้น	ชิ้น	1,300
		ลักษณะ ฟันเทียมบางส่วนถอดได้		
		ข้อบ่งชี้ ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติบางส่วนที่สูญเสียไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร		
9205		9.2.0.4 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ มากกว่า 5 ชิ้น	ชิ้น	1,500
		ลักษณะ ฟันเทียมบางส่วนถอดได้		
		ข้อบ่งชี้ ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติบางส่วนที่สูญเสียไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร		



รหัส อุปกรณ์	ลำดับที่	ประเภท	หน่วย	ราคาไม่เก็บ (บาท)
		9.2.1 พื้นเชื่อมติดแผ่นและอุปกรณ์		
9211	9.2.1.1	ครอบพื้นน้ำมัน	ผ.	600
		ลักษณะ ครอบพื้นเด็ก วัสดุที่ใช้อาจเป็นโลหะไร้สนิม (stainless steel) หรืออลูมิเนียม		
		เพื่ออนุรักษ์พื้นน้ำมันสีนั้นไว้ ให้มีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหารได้		
		ข้อป่งชี้ บุรณะพื้นน้ำมันที่การดูแลได้ถูกลามตัวพื้นน้ำมันมากเกินไปจนกว่าจะบูรณะด้วยการอุดพื้นนั้นได้		
		หรือบูรณะพื้นน้ำมันภายหลังจากที่ได้รับการรักษาประเภทพื้นหรือคลองรากพื้นแล้ว		
9212	9.2.1.2	ครอบพื้นนัท	ผ.	2,100
		ลักษณะ ครอบพื้นนัทวัสดุที่ใช้อาจเป็นโลหะหรือพอร์ซเลน หรืออลูมิเนียม หรือโลหะร่วมกับพอร์ซเลน หรือโลหะร่วมกับอลูมิเนียม		
		หรือวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นแล้วแต่กรณี เพื่ออนุรักษ์พื้นนัทสีนั้นไว้ ให้มีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร		
		ข้อป่งชี้ บุรณะพื้นนัทที่การดูแลได้ถูกลามมากเกินไปจนกว่าจะบูรณะด้วยการอุดพื้นได้ หรือบูรณะพื้นนัทหลังจากที่ได้รับการรักษา		
		คลองรากพื้นแล้ว		
9213	9.2.1.3	พื้นเชื่อมบางส่วนติดแผ่น รวมค่าอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งปี ไม่รวมรวมรากพื้นเชื่อม	ชิ้น	6,700
		ลักษณะ พื้นเชื่อมบางส่วนติดแผ่น วัสดุที่ใช้อาจเป็นโลหะหรือพอร์ซเลน หรือโลหะร่วมกับพอร์ซเลน หรือวัสดุอื่น ๆ		
		ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี		
		ข้อป่งชี้ ใช้ทดแทนพื้นธรรมชาติบางส่วนที่สูญหายไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร		
9214	9.2.1.4	พื้นเคียว	ผ.	1,000
		ลักษณะ เคียวพื้น		
		ข้อป่งชี้ ใช้เพื่อเสริมการยึดอยู่ให้กับครอบพื้น ในกรณีที่พื้นได้รับการรักษาคลองรากพื้นแล้วมีส่วนของเนื้อพื้นเหลืออยู่น้อย		

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๕๐๒



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๒ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขานุการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ/สถานพยาบาลที่กระทรวงการคลังกำหนด
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๗/ว ๗๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้ประกาศกำหนดประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค “หมวด ๔ อื่น ๆ” รายการวัสดุเกี่ยวกับผิวหนัง วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ดูดหรือระบายเลือด/หนอง/น้ำเหลือง และ “หมวดวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์” เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษายาบาลจากทางราชการ นั้น

กรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษายาบาล ดังนี้

๑. ยกเลิกค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค “หมวด ๔ อื่น ๆ” รายการวัสดุเกี่ยวกับผิวหนัง และวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ดูดหรือระบายเลือด/หนอง/น้ำเหลือง และ “หมวดวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์”

๒. การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

๒.๑ กรณีผู้ป่วยใน ค่าวัสดุทางการแพทย์ที่ใช้เพื่อการบำบัดรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือส่งจ่ายให้ผู้ป่วยเมื่อจำหน่ายออกจากสถานพยาบาลสำหรับนำกลับไปใช้ที่บ้าน รายการวัสดุที่ใช้กับทางเดินหายใจ วัสดุเกี่ยวกับผิวหนัง วัสดุที่ใช้เก็บของเสีย วัสดุที่ใช้ดูดหรือระบายเลือด/หนอง/น้ำเหลือง อุปกรณ์นำสาร/สารละลายเข้าหลอดเลือด และท่อ/สาย/ถุงให้อาหาร โดยให้เบิกเหมารวมอยู่ในค่ารักษายาบาลผู้ป่วยใน ตามเกณฑ์การจัดสรรกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) รายการค่าเวชภัณฑ์ที่มีขาย

๒.๒ กรณีผู้ป่วยนอก ค่าวัสดุทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลส่งจ่ายให้แก่ผู้ป่วยนอก รายการวัสดุที่ใช้เก็บของเสีย และท่อ/สาย/ถุงให้อาหาร ให้เบิกได้ตามอัตราและเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับสำหรับการรักษายาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานคำตอบแทนและสวัสดิการ
กลุ่มงานสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ
โทร. ๐-๒๑๒๗-๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๔๑
www.cgd.go.th

120
กรมบัญชีกลาง
บริการการใช้จ่ายของแผ่นดิน ใต้พระบรมราชูปถัมภ์